РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **019/2-251**

Дозиметр-радиометр МКС-03СА		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
9034	**М9021**	**44593-10**

Назначение: измерение характеристик ионизирующих излучений

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Диапазон измерений дозы, мЗв: от 1* 10^{-4} до 1*10^{3} Диапазон измерений мощности дозы, мкЗв/ч: от 0,1 до 1*10^{4} Диапазон энергий фотонов, МэВ: от 0,05 до 3,0 Диапазон измерений плотности потока бета-частиц, мин$^{-1}$*см$^{-2}$: от 3 до 3*10^{4} Нижний предел энергии регистрируемого бета-излучения, МэВ: не более 0,05 Пределы допускаемой основной отн. погрешности (P=0,95), %: +25	к. 155; (- 20 … 50) °С; RH не более 75 %

Результаты первичной поверки от 26.06.2011 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Протокол первичной поверки отсутствует		

Периодичность поверки: по мере надобности.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
0412-110726.01	26/06/11	первичная